

**Dotaz:** Lze doložit splnění technického kvalifikačního požadavku dle § 56 ods. 2 písm. a) a přílohy č.8 ZD pro analyt Dichlorprop a Mecoprop provedenými analýzami sloučenin Dichlorprop-P a Mecoprop-P ?

**Odpověď:** Ano, lze to doložit i stanovením optických izomerů těchto sloučenin.