

Příloha č.2s: Popis technické údržby

V souladu s Čl. II smlouvy bude Zhotovitelem zajišťováno následující:

a) předmětná činnost v rozsahu :

1. stálá pohotovost servisu k odstranění zjištěných závad dle článku IV bod 2b
2. odstranění zjištěných závad v dohodnutém termínu dle článku IV bod 2b
3. pravidelná technická prohlídka a údržba všech přístrojů dle přílohy 3s – 1 x ročně září-říjen, dle přílohy 3n 3x ročně v průběhu roku
4. zajištění náhradních dílů a spotřebního materiálu

b) informování o výkonu činnosti uvedené v bodu a) způsobem:

- zápis do provozního deníku stanice s uvedením identifikace zařízení, obsahu a rozsahu činnosti, podpisu pracovníka provádějícího činnost.
- v případě servisního zásahu zápis do karty daného zařízení s uvedením dne a hodiny provedení činnosti, obsahu a rozsahu činnosti, čísla servisního protokolu (pokud je zápis proveden přímo na stanici) a podpisu pracovníka provádějícího činnost
- pracovník Zhotovitele provádí zápis do provozního deníku stanice a do karty daného zařízení okamžitě po ukončení prováděné činnosti.
- odeslání e-mailové zprávy příslušnému vedoucímu regionálního pracoviště do 24 hodin po ukončení prováděné činnosti nebo do 10,00 hod prvního pracovního dne následujícího po provedení činnosti (víkendy, svátky). Zpráva (servisní protokol) bude obsahovat identifikaci stanice, identifikaci zařízení, den nahlášení resp. provedení činnosti, obsah a rozsah činnosti, jméno pracovníka provádějícího činnost a jeho kontaktní telefon pro zpětné telefonické ověření či doplnění informací o provedené činnosti.
- sepsání a předání servisního protokolu s vyznačenými zárukami pro vyměněné komponenty a poznámkou, zda výměna byla/ nebyla provedena v záruce (komponenty event. přístroje).

c) ostatní činnost podle požadavků objednavatele zastoupeného oprávněnou osobou po oboustranném odsouhlasení. Oprávněnou osobou je, pro tento bod, vedoucí regionálního pracoviště. Jeho pravomoci jsou:

- požadovat mimořádné provedení činnosti uvedené v bodě a) na stanicích spadajících územně do správy regionálního pracoviště
- přijímat informace o výkonu činnosti dle bodu b) týkající se provedení činnosti uvedené v bodě a) na stanicích spadajících územně do správy regionálního pracoviště

Seznam vedoucích z regionálních pracovišť včetně kontaktních informací je uveden v

Příloze č.6.

Obecně jsou kvalitativní podmínky oprav a pravidelné technické údržby dány dodržováním
podmínek stanovených výrobcí zařízení
podmínek zadávací dokumentace.
příslušných zákonů,
platných vyhlášek, právních předpisů a norem

Opravy obsahují:

pro analyzátory plynů, prachoměry, kalibrační zařízení a zdroje nulového plynu:

opravy a výměny čerpadel

opravy a výměny pneumatické části zařízení

opravy a výměny elektronických částí zařízení

opravy zařízení v laboratoři Zhotovitele

Preventivní prohlídky zahrnují provádění těchto úkonů :

analyzátory plynů - stávající

demontáž, kontrolu a montáž čerpadla

demontáž a kontrolu pneumatické části

vyčištění filtrů ventilátorů čerpadel

vyčištění chladících žebor

kontrolu seřízení analyzátorů (bez nastavování)

kontrola funkce SPAN TEST (bez nastavování)

analyzátory plynů – nové

dle protokolů o pravidelné údržbě - příloha

kalibrační jednotky

CMK -kontrola funkce:

– nastavení, klávesnice, dálkového ovládání (RS232), elektrického a pneumatického připojení

CMKT + kontrola těsnění čerpadla

NGR – výměna náplní:

- Activate Chacoal ET-E99-010
- Chemisorbant ET-E99-008
- Molekular Sieve ET-E99-009

Kompresor – kontrola funkce – výměna Maintenance kit (NG-999-2106-HB-GC-010-K)

- výměna vstupního filtru

Rtuť

Vyčištění amalgátoru nulového vzduchu

Kontrola těsnosti

Výměna přepážky vakuové pumpy

Výměna rtuťové výbojky