

**Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem Nákup soustavy pro kontinuální měření**

Zadavatel: Česká republika – Česká inspekce životního prostředí
Sídlem: Na Břehu 267/1a , 190 00 Praha 9
IČO: 41693205

Č.j.: ČIŽP/RDT/2017/355

Veřejný zadavatel tímto uveřejňuje dodatečné informace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem **Nákup soustavy pro kontinuální měření**, a to na základě předchozí žádosti účastníka, která byla doručena kontaktní osobě zadavatele prostřednictvím e-mailu dne 12. 09. 2017.

Dotaz k zadávacím podmínkám:	Odpověď zadavatele:
<p><u>Dotaz:</u> Má být součástí „Soustavy pro kontinuální měření“ i čerpadlo vzorku?</p>	<p><u>Odpověď:</u> Pokud není odběr vzorku spalin a jeho transport v soustavě pro kontinuální měření zajištěn jiným způsobem, například čerpadlem vzorku instalovaným přímo v analyzátoru, je čerpadlo vzorku v soustavě nezbytné.</p>