

**Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem Nákup soustavy pro kontinuální měření**

Zadavatel: Česká republika – Česká inspekce životního prostředí
Sídlem: Na Břehu 267/1a , 190 00 Praha 9
IČO: 41693205

Č.j.: ČIŽP/RDT/2017/366

Veřejný zadavatel tímto uveřejňuje dodatečné informace č. 2 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem **Nákup soustavy pro kontinuální měření**, a to na základě předchozí žádosti účastníka, která byla doručena kontaktní osobě zadavatele prostřednictvím e-mailu dne 13. 09. 2017.

Dotazy k zadávacím podmínkám:	Odpovědi zadavatele:
<u>Dotaz č. 1:</u> Je instalace v měřicím voze do standartní rackové skříně? <u>Dotaz č. 2:</u> Je požadavek na výbušné prostředí? <u>Dotaz č. 3:</u> Jaký je předpokládaný rozsah teploty, tlaku, vlhkosti a případně prašnosti měřených spalin?	<u>Odpověď č. 1:</u> Jedná se o instalaci do stávajícího měřicího vozu Nissan Trade 100, kde pořizovaná souprava nahrazuje dosud instalovanou soupravu H&B. Souprava není instalována ve skříni, ale v ocelovém rámu. <u>Odpověď č. 2:</u> Není. <u>Odpověď č. 3:</u> Teplota: 0 až 250°C Tlak: 900 až 1100 kPa Vlhkost: 30 - 100% rel. Prašnost: 0 až 1000 mg/m³