

Příloha č. 1 k Výzvě a zadávacím podmínkám – Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Přenosný 2-vstupový multimetr musí minimálně splňovat níže uvedené požadavky:

- 2-vstupový multimetr včetně kufříku a síťového/USB adaptéru (přístroj + kufřík + síťový adaptér);
- IntelliCal sonda rozp. kyslíku (LDO), robustní, 5m kabel;
- IntelliCal pH elektroda, robustní, gelová náplň, 5m kabel;
- IntelliCal sonda konduktivity, robustní, grafitová, 5m kabel;
- Odolný terénní kufřík pro tři robustní sondy s 5m kabelem;
- Robustní sondy musí mít ocelové tělo a kabel protkaný ocelovým drátem pro zabezpečení maximální mechanické odolnosti a musí být vhodné pro dlouhodobé měření i po dobu několika týdnů (vodotěsnost a odolnost vůči tlaku).