

**Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem Nákup 10 kusů přenosných 2-vstupových multimetrů**

Zadavatel: Česká republika – Česká inspekce životního prostředí
Sídlem: Na Břehu 267/1a , 190 00 Praha 9
IČO: 41693205

Č.j.: ČIŽP/RDT/2017/423

Veřejný zadavatel tímto uveřejňuje dodatečné informace č. 2 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Nákup 10 kusů přenosných 2-vstupových multimetrů, a to na základě předchozí žádosti účastníka, která byla doručena kontaktní osobě zadavatele prostřednictvím e-mailu dne 25. 09. 2017.

Dotazy k zadávacím podmínkám:	Odpovědi zadavatele:
<u>Dotaz č. 1:</u> V zadávací dokumentaci Příloha č. 1 je uveden požadavek na délku kabelu 5m. Může být délka kabelu delší např. 10 m nebo kratší 4 m, případně 3 m? <u>Dotaz č. 2:</u> V zadávací dokumentaci Příloha č. 1 je uveden požadavek „robustní sondy musí mít ocelové tělo“. Pro použití v odpadních vodách ocel brzy rezaví. Je možné mít tělo z nerezové oceli nebo titanu?	<u>Odpověď č. 1:</u> Pro práci inspektorů v terénu požadujeme délku kabelu min. 4 a maximálně 6 m. Stanovení této délky kabelu vychází z terénní praxe. <u>Odpověď č. 2:</u> Ano, je možné nabídnout tělo sond i z nerezové oceli nebo titanu. Důležité je zachování odolnosti těla sondy i v práci ve ztížených terénních podmínkách (špatně přístupný terén, plochy zarostlé vegetací, terén s ostrými vyčnívajícími kameny apod.)