

(vedená v rejstříku veřejných výzkumných institucí u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy)

Limitní cena **647 265,30 vč. DPH**

Dodací termín Do 14.12.2018

Doprava Zajistí dodavatel

Dodací místo Do sídla objednatele

Vyřizuje: Vohadlo

Telefon: 724602957

Fax:

E-mail: Jiri_vohadlo@vuv.cz

Datum: 20. 9. 2018

FIEDLER AMS s.r.o.

Areál JVTP

Lipová 1789/9

370 05 České Budějovice

OBJEDNÁVKA č. 14/2018 - 421.1

(Na fakturách uvádějte výše uvedené číslo objednávky a přesný název naší organizace.)

Objednáváme u Vás dodávku dvou sestav plovoucího výparoměru s automatickým doplňováním/čerpáním vody, měřením srážek, výparu, vlhkosti vzduchu, globální radiace, teploty vody v 6 místech a směru a rychlosti větru. Automatické datové přenosy změřených dat na server v internetu (grafy, tabulky, exporty do PC, varovné SMS) v této konfiguraci:

Pol.	Název položky	ks
1	Mechanická konstrukce plovoucího výparoměru včetně měrné nádoby, plováků a vlnolamů. Rozebíratelné provedení pro zimní odstranění výparoměru z hladiny, v ceně kotevní upevňovací systém včetně lan a zátěží.	2
2	H7-G-TA4-NZ univerzální multikanálová monitorovací jednotka, vestavný GSM/GPRS modul, TA4 přípojná deska, box Nerez s plechy - SW úprava pro řízení sestavy čerpadel a výpočet výparu a srážek, propojovací kabeláž.	2
3	AKU-12/28 bezúdržbový akumulátor 12V/ 28 Ah pro limnigrafické stanice	2
4	SOLAR-20W Pmax: 20W (18V/ 1,10A) rozměry: 660 x 290 x 25 mm	2
5	DSPV90 Držák nerez pro svislé uchycení solárního panelu 10-20W	2
6	RS13 Regulátor dobíjení doplněný o odpojovač vybitého akumulátoru	2
7	Sestava čerpadel pro automatické dopouštění/vypouštění	
Snímače a senzory:		
8	Přesný snímač výšky hladiny C10 rozsah 0-400 mm pro přesnější měření a snížení vlivu zvlnění)	4
9	RVT13/RK Přesný snímač relativní vlhkosti a teploty vzduchu, výstup	2
10	RS485-FINET , radiační kryt	2
11	WD360 Snímač směru větru, keramická ložiska, rozlišení směru 0.5°, napájecí napětí 6-24 VDC/0,3 mA, výstup RS485 (Modbus RTU, FINET - průměrná a okamžitá hodnota směru), konektor M12	2

Adresa
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6

Telefon
ústředna
220 197 111

Fax
podatelna
233 333 804

Internet a E-mail
<http://www.vuv.cz>
info@vuv.cz

Bankovní spojení
KB Praha 6
č.ú.: 32931061/0100

IČO
00020711

DIČ
CZ00020711

12	WS103 Anemometr v celokovovém provedení, keramická ložiska, napájení 6-24 VDC/0.5 mA, výstup RS485 (Modbus RTU, FINET - okamžitá a průměrovaná rychlost větru, větrné poryvy) a pulsy, konektor M12	2
13	TEP06 Měřicí převodník teplota-RS485, pevné připojení snímačů, krytí IP68	2
14	PT100-KP snímač teploty Pt100-A, pouzdro 6x35mm, čtyřvodičové připojení, 12 (bez kabelu)	12
15	Kabel Pt100 Cena za metr 4x0,14 PUR kabelu 50 m	1
16	TEP06/P Měřicí převodník pro připojení Net radiometru NR LITER2	2
17	RDH11 detektor deště s řízeným vytápěním, keramický senzor, výstup OK RS485 (Modbus RTU, FINET), nerezový držák	2
18	NR LITE2 Net radiometr Kipp & Zonen	2

(Sestavení hladinoměru a jeho zprovoznění na vybrané lokalitě v ČR objednáme samostatně v závislosti na příznivých klimatických podmínkách.)

S pozdravem



Ing. Tomáš Urban
ředitel

Žádáme o potvrzení přijetí objednávky.

Tato objednávka bude zveřejněna v Centrálním registru smluv, její zveřejnění objednávky zajistí objednatel.