

Příloha č.2n smlouvy SDB/ AIM – nová zařízení:

## NÁPLŇ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY

Kompletní monitorovací stanice **LU 3300** s příslušenstvím  
výrobce **ENVitech s.r.o., Slovensko**

### 1) Klimatizační zařízení

- kontrola těsnosti chladících jednotek
- kontrola stavu chladícího média
- vyčištění resp. výměna vzduchového filtru
- kontrola funkce nastavení termoregulace
- kontrola funkce otopných těles
- kontrola funkce čidla vnitřní teploty v kontejneru stanice

### 2) Řídící systém stanice

- profylaktika řídicího počítače, vstupních a výstupních portů
- kontrola nastavení a verze programového vybavení, zásah do nastavení pouze s předcházejícím souhlasem objednatele
- kontrola stavu připojených periférií (monitor, klávesnice, myš, ..)
- kontrola nastavení aktuálního času, zásah do nastavení pouze s předcházejícím souhlasem objednatele
- diagnostika pevného disku
- kontrola správné funkce řídicího SW, zásah do nastavení pouze s předcházejícím souhlasem objednatele
- kontrola modemu a inicializace
- kontrola stavu záložních zdrojů

### 3) Kontejner

- kontrola pláště kontejneru
- kontrola vstupních dveří a neporušenost zavěšení
- kontrola vnitřního vybavení

- kontrola pochozích roštů na střeše kontejneru
- kontrola zábradlí na střeše kontejneru

#### 4) Odběrová sonda a plynové rozvody

- kontrola nasávací sondy (vč. ventilátoru a snímače průtoku)
- kontrola těsnosti plynového rozvodu
- kontrola solenoidových ventilů
- kontrola větracích systémů

#### 5) Elektroinstalace

- kontrola signálního rozvaděče
- kontrola funkce všech převodníků včetně jednotek ERAN
- kontrola napájení všech elektronických částí
- kontrola napájení spotřebičů ve stanici
- kontrola hlavního přívodu elektrické energie
- kontrola uzemnění
- kontrola funkce systému zabezpečení náběhu po výpadku napájení
- kontrola osvětlení

#### 6) Centrální stanice

- profylaktika řídicího počítače, vstupních a výstupních portů
- kontrola nastavení a verze programového vybavení, zásah do nastavení pouze s předcházejícím souhlasem objednatele
- kontrola stavu připojených periférií (monitor, klávesnice, myš, ..)
- kontrola nastavení aktuálního času, zásah do nastavení pouze s předcházejícím souhlasem objednatele
- diagnostika pevného disku
- kontrola správné funkce řídicího SW
- kontrola modemu a inicializace
- kontrola stavu záložních zdrojů

**Vydal: ENVitech Bohemia s.r.o.**

**Datum vydání: 13.5.2014**



## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Číslo revize: 1

.....  
podpis zodpovědného pracovníka