



Závazný návrh smlouvy o dílo

SMLOUVA O DÍLO č. 6155/8/2017

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění (dále jen „NOZ“ nebo občanský zákoník“)

se zhotovitelem veřejné zakázky

„Modernizace kalibračních laboratoří“

část 1 Vybavení laboratoře teploty a vlhkosti

Smluvní strany

Český hydrometeorologický ústav (dále též „ČHMÚ“)

se sídlem: Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4

IČ: 00020699

DIČ: CZ00020699

Statutární orgán: Ing. Václav Dvořák, Ph.D. - ředitel

dále jen „objednatel“

a

..... (doplň dodavatel).

se sídlem: (doplň dodavatel).

IČ: (doplň dodavatel)

DIČ: (doplň dodavatel)

zastoupená (doplň dodavatel)

bankovní spojení: (doplň dodavatel)

účet : (doplň dodavatel)

měna účtu : (doplň dodavatel)

dále jen „zhotovitel“



Článek I.

Předmět plnění a účel smlouvy

Vzhledem k tomu, že:

Tato Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) je uzavírána na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění s názvem „**Modernizace kalibračních laboratoří**“ - část 1 Vybavení laboratoře teploty a vlhkosti

- V rámci předmětné veřejné zakázky byla vyhodnocena jako nejvhodnější nabídka zhotovitele, **(doplň dodavatel).**
- Zhotovitel tímto výslovně potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou dodávky týkající se předmětu výše uvedené veřejné zakázky, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné,
- Zhotovitel tímto výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny objednatele, které obdržel do dne uzavření této Smlouvy i pokyny, které jsou obsaženy v zadávacích podmínkách, které objednatel stanovil pro zadání Smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednaná cena a způsob plnění Smlouvy obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti,
- **uzavírají smluvní strany tuto Smlouvu.**

Vymezení předmětu plnění

Na základě této Smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele následující dílo, které zahrnuje:

dodání, montáž, instalace a uvedení do provozu 15 ks měřících přístrojů, jejich dopravu, dokumentaci, seznámení s obsluhou a dodávkou požadovaného příslušenství včetně všeho nezbytného pro zajištění řádné funkce dodaného plnění včetně úplného zprovoznění – odzkoušení funkčnosti viz Příloha 1

a objednatel se zavazuje za provedení díla uhradit cenu dle čl. III, při splnění podmínek a rozsahu této Smlouvy.

Předmět smlouvy bude spolufinancováno prostředky OPŽP. V případě nezískání předpokládané dotace si zadavatel vyhrazuje právo předmět plnění v daném rozsahu snížit.

Článek II.

Místo a doba plnění

1. Místo plnění: Meteorologická kalibrační laboratoř, Observatoř Praha-Libuš, Generála Šišky 942, Praha 4.
2. Předpokládaná realizace díla: ukončení plnění do 5 měsíců od podpisu smlouvy. Předpoklad dodání rok 2017.

Článek III.

Cena díla

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo dle článku 1 této smlouvy, činí dle dohody smluvních stran **celkem za předmět plnění:**



(doplňí dodavatel) Kč bez DPH,
(doplňí dodavatel z České republiky, dále ČR) Kč DPH a
(doplňí dodavatel z ČR) Kč včetně DPH.

Tyto ceny jsou cenami nejvýše přípustnými a zahrnují veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla popsaného v čl. I. této Smlouvy.

Cenu za dílo lze překročit jen za těchto podmínek:

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty
 - pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.
 - pokud se vyskytnou okolnosti, které nebylo možné předpokládat před zahájením díla
- Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
2. Cena za jednotlivé položky je uvedena v Příloze P2 této smlouvy.
 3. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu díla uvedenou v bodě 1 tohoto článku na základě jeho faktury v souladu s dalšími podmínkami stanovenými touto smlouvou.
 4. Se sjednanou cenou zhotovitel při fakturaci vyúčtuje také daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě k datu uskutečnění zdanitelného plnění, je-li zhotovitel plátcem DPH.
 5. Plnění bude použito pro činnosti, kdy ČHMÚ není osobou povinnou k DPH, z tohoto důvodu nelze použít režim přenesené daňové povinnosti.
 6. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zisk zhotovitele, daň z přidané hodnoty, očekávaný vývoj cen k datu předání díla a amortizaci věcí potřebných k provedení díla, které si zhotovitel opatří na vlastní náklady. Cena též zahrnuje zejména dopravu včetně pojištění, předvedení veškerých požadovaných funkcí a parametrů jednotlivých dodávek vymezených v této Smlouvě, jakož i zaškolení členů obsluhy předmětu koupě, dodání technické dokumentace a uživatelské příručky, dále rovněž náklady na zabezpečení prohlášení o shodě, certifikáty, atesty a převod práv apod.
 7. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním platebním styku (úhradě faktur). Faktura bude vystavena v Kč. Fakturace bude prováděna Zhotovitelem a zasílána na uvedenou adresu Objednatel v členění:
dodavatel z ČR cena v Kč bez DPH, DPH a cena s DPH,
zahraniční dodavatel cena v Kč bez DPH.
 8. Dohodnutá cena bude Objednatel uhrzena na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.
 9. Splatnost faktury vystavené do 31. 10. daného roku je **30dní** od prokazatelného doručení objednateli. Splatnost faktury vystavené v období od 1. 11. daného roku do 31. 1. daného roku je **60dnů** ode dne jejího doručení objednateli. Fakturace proběhne po předání dodávky na základě podpisu předávacího protokolu objednatel, který musí být součástí vydané faktury.
 10. Faktura bude vystavena za **kompletně dokončenou část plnění**. Součástí faktury bude oboustranně podepsaný předávací protokol.
 11. Objednatel rozdělí cenu na základě vystavené faktury na 85% a 15% této částky a uhradí ji ze dvou samostatných bankovních účtů. Faktura je považována za uhrzenou dnem odepsání poslední příslušné částky z účtu Objednatel a jejím směřováním na účet Zhotovitele.
 12. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve



znění pozdějších předpisů (jedná se především o označení faktury a její číslo, obchodní firmu/název, sídlo a IČO Zhotovitele, předmět Smlouvy (název projektu OPŽP, jeho příslušné části), číslo smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez a včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku.

Článek IV.

Smluvní pokuty

1. Pro případ prodlení Objednatele s placením oprávněně fakturovaných částek, sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. Pro Příklad prodlení Zhotovitele s dodávkami předmětu plnění, sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny včas nedodaného plnění za každý započatý den prodlení.
3. Uhrazením smluvních pokut dle tohoto článku není dotčen nárok Smluvních stran na náhradu prokázané škody způsobené prodlením druhé smluvní strany.

Článek V.

Technické požadavky a záruční podmínky

1. Záruční doba na plnění díla: v délce trvání 2 let po předání předmětu plnění. Počátek běhu záruční doby je stanoven na den následující po dni protokolárního předání dodávky a jejím převzetí.
2. Zhotovitel musí být schopen garantovat „pozáruční“ servis (dostupnost veškerých náhradních dílů) po dobu minimálně 6 let od uplynutí záruční lhůty.
3. Závady na předmět plnění smlouvy v záruce uplatňuje zástupce Objednatele u Zhotovitele bezodkladně po zjištění vady na předmětu plnění smlouvy a to telefonicky nebo písemnou formou, e-mailem: Odezva na nahlášení závady musí být ze strany Zhotovitele do 3 pracovních dní od nahlášení.
4. Zhotovitel se zavazuje převzít od Objednatele předmět plnění k odstranění závady v záruce za jakost v místě plnění (instalace zařízení) a po odstranění případné vady předat zadavateli v tomto místě plnění zboží zpět. Veškeré náklady účastníka spojené s odstraňováním oprávněně reklamované vady zboží v záruce za jakost nese účastník (tj. např. doprava do místa plnění apod.).
5. Vady předmětu plnění v záruce za jakost budou odstraněny Zhotovitelem maximálně do 10 kalendářních dnů od uplatnění vad Objednatelem, pokud se strany nedohodnou jinak.
6. Podrobné technické požadavky na dílo viz Příloha 1 této smlouvy.
7. Zhotovitel bude realizovat dílo řádně a s vynaložením veškerých znalostí a odborné péče, v souladu s platnými zákony a se záměry a zájmy objednatele.

Článek VI.

Způsob provádění díla

1. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s náležitou odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a odpovídající účelu použití.
2. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla především dodávky a práce dle požadavků objednatele a současně všechny další dodávky a práce nutné pro řádné a včasné dokončení díla.



3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, nese náklady zhotovitel.
4. Předmět díla musí vyhovovat všem normám, právním a ostatním předpisům platným v České republice.
5. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se má dílo realizovat.

Článek VII.

Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy pouze z důvodu podstatného porušení smlouvy, pokud tak stanoví zákon, nebo bylo-li tak ujednáno.
2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy

zhotovitelem, když:

- zhotovitel přenese svá práva nebo povinnosti vyplývající z této smlouvy na jiný subjekt.
- I přes opakovaná upozornění Objednatele Zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části, nebo neplní předmět díla dle stanoveného harmonogramu,
- zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší v místě plnění pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla.

Článek VIII.

Předání a převzetí díla

1. Do 3 dnů po dokončení provádění díla, tj. po provedení zkušebního provozu, nejpozději však v poslední den doby plnění, vyzve zhotovitel objednatele k převzetí díla v místě plnění dle článku II, bod 1 této smlouvy.
2. Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že jeho provedení neodpovídá této smlouvě, není plně funkční anebo není prosté vad a nedodělků.
3. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo dle předmětu smlouvy jeho řádným ukončením a předáním objednateli na pracovišti.

Článek IX.

Postoupení práv ze smlouvy

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.
2. Jazyk smlouvy: český jazyk.
3. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo plnění



- a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.
4. Nestanoví-li smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu.
 5. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
 6. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací.
 7. Objednatel je povinen nejpozději do 30 dnů po uzavření smlouvy zveřejnit na svém profilu zadavatele text uzavřené smlouvy s vybraným dodavatelem, a to včetně jejích případných změn a dodatků a dále bere na vědomí, že objednatel je osobou povinnou ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „RS“) a příslušnou smlouvu o ní zveřejní v souladu s ustanovením § 5 i s tím, že na určité její části může být provedena anonymizace.
 8. Po ukončení plnění dle uzavřené smlouvy s vybraným zhotovitelem je zadavatel povinen ve smyslu § 219 odst. 3 zákona zveřejnit na svém profilu zadavatele skutečně uhrazenou cenu za toto plnění.
 9. Zhotovitel bere na vědomí, že je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 10. Smlouva se stává platnou a účinnou dnem podpisu smluvními stranami.
 11. Zhotovitel bere na vědomí, že vstupuje do sítě, která je z pohledu zákona 181/2014 Sb. kritickou informační infrastrukturou a bude dodržovat ustanovení uvedená v Příloze P3 - smlouvy.
 13. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) výtiscích, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden (1) výtisk.
 14. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:

Příloha 1 – Podrobné technické a další podmínky plnění díla

Příloha 2 – Cena za předmět plnění po položkách

Příloha 3 – Doložka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 181/2014 sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů

za objednatele

za zhotovitele (funkce, jméno, titul)

V, dne:.....2017

V, dne:.....2017



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



Příloha 1 – Podrobné technické a další podmínky plnění díla

Část 1 Vybavení laboratoře teploty a vlhkosti

Platinový odporový teploměr SPRT 100 Ω

Technická specifikace:

- sekundární etalon 1. řádu
- teplotní rozsah minimálně (-80 až +500)°C
- nominální odpor 100 Ω
- materiál stonku - křemenné sklo nebo keramika
- průměr čidla do 8 mm
- délka čidla (400 – 500) mm
- délka měřicího odporu (50 – 70) mm
- teplotní koeficient alfa 0,00392 a lepší
- měřicí proud (0,5 až 1) mA

Platinový odporový teploměr SPRT 25 Ω

Technická specifikace:

- sekundární etalon 1. řádu
- teplotní rozsah minimálně (-100 až +500)°C
- nominální odpor 25 Ω
- jímka teploměru keramická nebo z křemenného skla
- průměr čidla do 8 mm
- délka čidla (400 – 500) mm
- délka měřicího odporu (25 – 50) mm
- W(Ga) větší než 1,11 a W(Hg) menší než 0,85
- měřicí proud (0,5 až 1) mA

Střídavý můstkový teploměr

Technická specifikace:

- střídavý nízkofrekvenční poměrový můstek pro měření teplot
- odporový rozsah minimálně (1 až 4000) Ω
- doporučená teplota okolí 15 °C až 40 °C
- poměr odporů: 0 až 4.9999990
- Přesnost: Lepší než 1 ppm (± 0.25 mK při 0.01 °C)
- rozlišení: 0.1 ppm / 0.001 m Ω / 0.01 mK
- frekvence: (25 – 75) Hz
- interní odporové normály: 100 Ω a 25 Ω
- přepočet na teplotu: konstanty minimálně pro (ITS-90 a ČSN EN 60751)
- komunikační rozhraní: USB/GPIB
- umístění v konstrukci na kolečkách
- návod k obsluze v českém jazyce



Přesný můstkový teploměr

Technická specifikace:

- přesný měřicí můstek pro měření odporových teploměrů a termočlánků
- rozsah pro měření odporu v rozsahu min.: 0 až 50 k Ω
- přesnost pro měření odporu OT: 0.5 ppm a menší v celém rozsahu
- přesnost při poměru odporu 0.95 až 1.05: 0.125 ppm a menší
- stabilita normálů 25, 100 a 400 Ω menší než 0.3 ppm/ $^{\circ}\text{C}$,
- menší než 5 ppm/rok
- měřené jednotky: Poměr RT/RS, V, Ω , $^{\circ}\text{C}$
- rozlišení pro OT: 0.01 mK
- rozlišení pro V: 10 nV
- interface: USB, GPIB, LAN
- přepočet na teplotu: ITS-90, ČSN EN 60751, Termočlánky - IEC584-1
- návod k obsluze v českém jazyce
- zaškolení obsluhy

Kalibrátor teploty od -60 $^{\circ}\text{C}$

Technická specifikace:

- kapalinová přepadová lázeň pro kalibraci skleněných a odporových teploměrů
- minimální rozsah přesné regulace (-60 až +100) $^{\circ}\text{C}$
- kruhový kalibrační prostor s průměrem (90 až 100) mm
- minimální ponor teploměrů 400 mm
- dvoukomorový princip míchání s přepadem kapaliny. Hladina (3 až 5) mm nad horní deskou
- regulace otáček míchadla pro optimální přepad
- vertikální homogenita teplotního pole do 0,001 $^{\circ}\text{C}$
- stabilita lázně do 0,007 $^{\circ}\text{C}$ s metanolem při -60 $^{\circ}\text{C}$
- maximální objem náplně 9 litrů
- napájení jednofázové, 230 V, příkon do 3000 W
- komunikační rozhraní s PC (RS 232) pro automatické řízení
- návod k obsluze v českém jazyce
- zaškolení obsluhy

Kalibrátor teploty do 200 $^{\circ}\text{C}$

Technická specifikace:

- kapalinová přepadová lázeň pro kalibraci skleněných a odporových teploměrů
- minimální rozsah přesné regulace (40 až +200) $^{\circ}\text{C}$
- kruhový kalibrační prostor s průměrem (90 až 100) mm
- minimální ponor teploměrů 400 mm
- dvoukomorový princip míchání s přepadem kapaliny. Hladina (3 až 5) mm nad horní deskou
- regulace otáček míchadla pro optimální přepad
- vertikální homogenita teplotního pole do 0,003 $^{\circ}\text{C}$ pro vysoké teploty a do 0,0015 $^{\circ}\text{C}$ při blízké teplotě okolí
- maximální objem náplně 9 litrů
- komunikační rozhraní s PC (RS 232) pro možnost řízení



- návod k obsluze v českém jazyce
- zaškolení obsluhy

Chladicí jednotka kalibrátoru

Technická specifikace:

- externí chladicí jednotka s možností regulace „Kalibrátor teploty do 200 °C“
- teplotní rozsah: (-30 až 40) °C
- napájení jednofázové 230 V, příkon do 3000 W
- návod k obsluze v českém jazyce
- zaškolení obsluhy

Přepínač měřicích míst (multiplexer)

Technická specifikace:

- deseti kanálový, čtyř vývodový přepínač měřicích míst s možností nastavení předehřívacího proudu na jednotlivých kanálech.
- schopnost práce s výše uvedeným „Střídavým můstkovým teploměrem“
- Přesnost: stejná jako „Střídavý můstkový teploměr“
- rozložení kanálů: Rt - na osmi kanálech; RS na dvou kanálech.
- předehřívací proud 1 mA
- napájení jednofázové 230 V, 50 Hz
- návod k obsluze v českém jazyce
- zaškolení obsluhy

Termostat

Technická specifikace:

- blokový termostat pro rozsah (-30 až 140) °C
- ponor min. 150 mm
- průměr bloku minimálně 35 mm
- požadovaná stabilita 0,05 °C
- komunikační rozhraní s PC (RS 232/USB) pro automatické řízení a odečtů
- návod k obsluze v českém jazyce
- zaškolení obsluhy

Kalibrátor vlhkosti

Technická specifikace:

- směšovací generátor vlhkosti s nastavitelnou teplotou
- Rozsah generování vlhkosti: 10 až 90 % RH
- přesnost generování do ± 1 % RH - (10 až 70) % RH a 1,5 % RH - (70 až 90) % RH
- generování teploty: minimálně v rozsahu (+10 až +50) °C s přesností do 0,1 °C
- stabilita teploty maximálně 0,1 °C
- stabilita vlhkosti maximálně 0,2 % RH
- rozlišení nastavení RH a teploty 0,1
- rozměr komory minimálně (100x100x150) mm
- možnost přímého porovnání zrcátkového etalonu a 4 ks kalibrovaných měřidel v jedné sadě měření (víko generátoru s 5-ti otvory)



- komunikační rozhraní s PC (RS 232/USB) pro automatické řízení a odečtů
- český manuál
- zaškolení obsluhy

Etalonový vlhkoměr

Technická specifikace:

- rosnobodový vlhkoměr s minimálně 8 vstupy pro kalibrované čidla
- napájení kalibrovaných vlhkoměrů (12 až 15) VDC
- snímač rosného bodu: chlazené zrcátko
- snímač teploty: Pt100
- rozsah: teplota rosného bodu (-30 °C až 90) °C; vlhkosti (0,5 až 100) % RH v rozsahu teplot (-40 až 90) °C
- přesnost: maximálně $\pm 0,2$ °C rosného bodu a $\pm 0,1$ °C teploty
- komunikační rozhraní s PC (RS 232/USB) pro automatické řízení a odečtů
- Český manuál
- zaškolení obsluhy



Příloha 2 – Cena za předmět plnění po položkách

Část 1 Vybavení laboratoře teploty a vlhkosti

název	počet ks	Cena bez DPH /1 ks	Cena bez DPH /daný počet ks	Cena včetně DPH celkem
Přesný teploměr 100 ohm	1			
Přesný teploměr 25 ohm	1			
Střídavý můstkový teploměr	3			
Chladicí jednotka kalibrátoru	1			
Kalibrátor teploty do 200°C	1			
Kalibrátor teploty od -60°C	1			
Přesný můstkový teploměr	1			
Přepínač měřících míst (multiplexer)	3			
Termostat	1			
Kalibrátor vlhkosti	1			
<u>Etalonový vlhkoměr</u>	1			
celkem	15			



Příloha 3 – Doložka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 181/2014 sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany berou na vědomí, že informační systém poskytovatele informací ČHMÚ (dále jen „ČHMÚ“) podléhá zákonu č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, v platném znění a s ním související vyhlášky, zejm. vyhláška č. 316/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, který je v předmětném smluvním vztahu jako Objednatel a na základě zákonných důvodů se stává osobou povinnou dle ustanovení § 3 odst. c), dále
2. Zhotovitel je povinen při užívání a čerpání jakýchkoliv informací, dat, podkladů, zejm. o cílech a smluvním vztahu k veřejné zakázce a jejího plnění, o informačních systémech, personálním zabezpečení, vnitřní struktuře organizace a o skutečnostech, které se vztahují k bezpečnostním a technickým opatřením, kdy se stává příjemcem a uživatelem těchto informací, jako chráněných informací, ve smyslu ustanovení § 1730 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dodržovat zákonné předpisy pro oblast kybernetické bezpečnosti, interní předpisy ČHMÚ a počínat si při svém jednání tak, aby nedocházelo k porušování bezpečnostních opatření, nebyla snižována a poškozována bezpečnostní image ČHMÚ a důvěryhodnost těchto zdrojů a nenastalo k neoprávněnému zásahu do sítí a informačních systémů ČHMÚ s následkem jejich poškození, dále
3. Zhotovitel bere na vědomí, že chráněné informace jsou součástí i obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejm. listinné a elektronické podklady, finanční přehledy a cenové mapy, zdroje a s poskytnutými zdroji je povinen nakládat tak, jako by byly označovány za důvěrné, dále není oprávněn je užívat i zprostředkovaně ke komerčním účelům, modifikovat a zcizovat. S užitím chráněných informací nepřechází ani na třetí osoby vlastnictví k autorským a průmyslovým právům, pokud není stanoveno jinak, dále
4. Zhotovitel bere na vědomí, že zákonem určený Úřad, je oprávněn vykonávat kontrolu a dohled nad dodržováním ustanovení v oblasti kybernetické bezpečnosti a smluvní strany jsou povinny být součinné v případě provádění státního dohledu a při provádění auditů procesů, dále
5. v případě porušení zákona v oblasti kybernetické bezpečnosti jednáním ze strany Zhotovitele, je Objednatel oprávněn požadovat finanční náhradu škody ve výši správního deliktu za každé porušení dle zákona o kybernetické bezpečnosti, který bude pravomocně udělen dle příslušného zákona daného Úřadu dle odst. 4 a byl způsobem zaviněně Zhotovitelem a to i v případě, že třetí osoby jednají v jeho zastoupení.



Závazný návrh smlouvy o dílo

SMLOUVA O DÍLO č. 6155/9/2017

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění
(dále jen „NOZ“ nebo občanský zákoník“)

se zhotovitelem veřejné zakázky

„Modernizace kalibračních laboratoří“

část 2 Vybavení laboratoře tlaku

Smluvní strany

Český hydrometeorologický ústav (dále též „ČHMÚ“)

se sídlem: Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4

IČ: 00020699

DIČ: CZ00020699

Statutární orgán: Ing. Václav Dvořák, Ph.D. - ředitel

dále jen „objednatel“

a

..... (doplň dodavatel).

se sídlem: (doplň dodavatel).

IČ: (doplň dodavatel)

DIČ: (doplň dodavatel)

zastoupená (doplň dodavatel)

bankovní spojení: (doplň dodavatel)

účet : (doplň dodavatel)

měna účtu: : (doplň dodavatel)

dále jen „zhotovitel“



Článek I.

Předmět plnění a účel smlouvy

Vzhledem k tomu, že:

Tato Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) je uzavírána na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění s názvem „**Modernizace kalibračních laboratoří**“ - část 2 Vybavení laboratoře tlaku.

- V rámci předmětné veřejné zakázky byla vyhodnocena jako nejvhodnější nabídka zhotovitele, **(doplň dodavatel)**.
- Zhotovitel tímto výslovně potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou dodávky týkající se předmětu výše uvedené veřejné zakázky, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné,
- Zhotovitel tímto výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny objednatele, které obdržel do dne uzavření této Smlouvy i pokyny, které jsou obsaženy v zadávacích podmínkách, které objednatel stanovil pro zadání Smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednaná cena a způsob plnění Smlouvy obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti,
- **uzavírají smluvní strany tuto Smlouvu.**

Vymezení předmětu plnění

Na základě této Smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele následující dílo, které zahrnuje:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání, montáž, instalace a uvedení do provozu 1 ks přístroje - přesného tlakového kalibrátoru, jeho dopravu, dokumentaci, seznámení s obsluhou včetně všeho nezbytného pro zajištění řádné funkce dodaného zařízení, úplného zprovoznění – odzkoušení funkčnosti, podrobná specifikace viz Příloha 1

a objednatel se zavazuje za provedení díla uhradit cenu dle čl. III, při splnění podmínek a rozsahu této Smlouvy.

Předmět smlouvy bude spolufinancováno prostředky OPŽP. V případě nezískání předpokládané dotace si zadavatel vyhrazuje právo předmět plnění v daném rozsahu snížit.

Článek II.

Místo a doba plnění

1. Místo plnění: Meteorologická kalibrační laboratoř, Observatoř Praha-Libuš, Generála Šišky 942, Praha 4.
2. Předpokládaná realizace díla: ukončení plnění do 5 měsíců od podpisu smlouvy. Předpoklad dodání rok 2017.

Článek III.

Cena díla

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo dle článku 1 této smlouvy, činí dle dohody smluvních stran **celkem za předmět plnění – 1 ks přesného tlakového kalibrátoru:**



(doplňí dodavatel) Kč bez DPH,
(doplňí dodavatel z České republiky, dále ČR) Kč DPH a
(doplňí dodavatel z ČR) Kč včetně DPH.

Tyto ceny jsou cenami nejvýše přípustnými a zahrnují veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla popsaného v čl. I. této Smlouvy.

Cenu za dílo lze překročit jen za těchto podmínek:

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty
 - pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.
 - pokud se vyskytnou okolnosti, které nebylo možné předpokládat před zahájením díla
- Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu díla uvedenou v bodě 1 tohoto článku na základě jeho faktury v souladu s dalšími podmínkami stanovenými touto smlouvou.
 3. Se sjednanou cenou zhotovitel při fakturaci vyúčtuje také daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě k datu uskutečnění zdanitelného plnění, je-li zhotovitel plátcem DPH.
 4. Plnění bude použito pro činnosti, kdy ČHMÚ není osobou povinnou k DPH, z tohoto důvodu nelze použít režim přenesené daňové povinnosti.
 5. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zisk zhotovitele, daň z přidané hodnoty, očekávaný vývoj cen k datu předání díla a amortizaci věcí potřebných k provedení díla, které si zhotovitel opatří na vlastní náklady. Cena též zahrnuje zejména dopravu včetně pojištění, předvedení veškerých požadovaných funkcí a parametrů jednotlivých dodávek vymezených v této Smlouvě, jakož i zaškolení členů obsluhy předmětu koupě, dodání technické dokumentace a uživatelské příručky, dále rovněž náklady na zabezpečení prohlášení o shodě, certifikáty, atesty a převod práv apod.
 6. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním platebním styku (úhradě faktur). Faktura bude vystavena v Kč. Fakturace bude prováděna Zhotovitelem a zasílána na uvedenou adresu Objednatele v členění:
dodavatel z ČR cena v Kč bez DPH, DPH a cena s DPH,
zahraniční dodavatel cena v Kč bez DPH.
 7. Dohodnutá cena bude Objednatelem uhrazena na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.
 8. Splatnost faktury vystavené do 31. 10. daného roku je **30dní** od prokazatelného doručení objednateli. Splatnost faktury vystavené v období od 1. 11. daného roku do 31. 1. daného roku je **60dnů** ode dne jejího doručení objednateli. Fakturace proběhne po předání dodávky na základě podpisu předávacího protokolu objednatel, který musí být součástí vydané faktury.
 9. Faktura bude vystavena za **kompletně dokončenou předmět plnění**. Součástí faktury bude oboustranně podepsaný předávací protokol.
 10. Objednatel rozdělí cenu na základě vystavené faktury na 85% a 15% této částky a uhradí ji ze dvou samostatných bankovních účtů. Faktura je považována za uhrazenou dnem odepsání poslední příslušné částky z účtu Objednatele a jejím směřováním na účet Zhotovitele.
 11. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především o označení faktury a její číslo, obchodní



firmu/název, sídlo a IČO Zhotovitele, předmět Smlouvy (název projektu OPŽP, jeho příslušné části), číslo smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez a včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku.

Článek IV.

Smluvní pokuty

1. Pro případ prodlení Objednatele s placením oprávněně fakturovaných částek, sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. Pro Případ prodlení Zhotovitele s dodávkami předmětu plnění, sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny včas nedodaného plnění za každý započatý den prodlení.
3. Uhrazením smluvních pokut dle tohoto článku není dotčen nárok Smluvních stran na náhradu prokázané škody způsobené prodlením druhé smluvní strany.

Článek V.

Technické požadavky a záruční podmínky

1. Záruční doba na plnění díla: v délce trvání 2 let po předání předmětu plnění.
Počátek běhu záruční doby je stanoven na den následující po dni protokolárního předání dodávky a jejím převzetí.
2. Zhotovitel musí být schopen garantovat „pozáruční“ servis (dostupnost veškerých náhradních dílů) po dobu minimálně 6 let od uplynutí záruční lhůty.
3. Závady na předmět plnění smlouvy v záruce uplatňuje zástupce Objednatele u Zhotovitele bezodkladně po zjištění vady na předmětu plnění smlouvy a to telefonicky nebo písemnou formou, e-mailem: Odezva na nahlášení závady musí být ze strany Zhotovitele do 3 pracovních dní od nahlášení.
4. Zhotovitel se zavazuje převzít od Objednatele předmět plnění k odstranění závady v záruce za jakost v místě plnění (instalace zařízení) a po odstranění případné vady předat zadavateli v tomto místě plnění zboží zpět. Veškeré náklady účastníka spojené s odstraňováním oprávněně reklamované vady zboží v záruce za jakost nese účastník (tj. např. doprava do místa plnění apod.).
5. Vady předmětu plnění v záruce za jakost budou odstraněny Zhotovitelem maximálně do 10 kalendářních dnů od uplatnění vad Objednatelem, pokud se strany nedohodnou jinak.
6. Podrobné technické požadavky na dílo viz Příloha 1 této smlouvy.
7. Zhotovitel bude realizovat dílo řádně a s vynaložením veškerých znalostí a odborné péče, v souladu s platnými zákony a se záměry a zájmy objednatele.

Článek VI.

Způsob provádění díla

1. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s náležitou odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a odpovídající účelu použití.
2. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla především dodávky a práce dle požadavků objednatele a současně všechny další dodávky a práce nutné pro řádné a včasné dokončení díla.



3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, nese náklady zhotovitel.
4. Předmět díla musí vyhovovat všem normám, právním a ostatním předpisům platným v České republice.
5. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se má dílo realizovat.

Článek VII.

Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy pouze z důvodu podstatného porušení smlouvy, pokud tak stanoví zákon, nebo bylo-li tak ujednáno.
2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, když:
 - zhotovitel přenese svá práva nebo povinnosti vyplývající z této smlouvy na jiný subjekt.
 - I přes opakovaná upozornění Objednatele Zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části, nebo neplní předmět díla dle stanoveného harmonogramu,
 - zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší v místě plnění pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla.

Článek VIII.

Předání a převzetí díla

1. Do 3 dnů po dokončení provádění díla, tj. po provedení zkušebního provozu, nejpozději však v poslední den doby plnění, vyzve zhotovitel objednatele k převzetí díla v místě plnění dle článku II, bod 1 této smlouvy.
2. Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že jeho provedení neodpovídá této smlouvě, není plně funkční anebo není prosté vad a nedodělků.
3. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo dle předmětu smlouvy jeho řádným ukončením a předáním objednateli na pracovišti.

Článek IX.

Postoupení práv ze smlouvy

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.
2. Jazyk smlouvy: český jazyk.
3. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo plnění a uhradit veškeré splatné peněžitě závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.



4. Nestanoví-li smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu.
5. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
6. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací.
7. Objednatel je povinen nejpozději do 30 dnů po uzavření smlouvy zveřejnit na svém profilu zadavatele text uzavřené smlouvy s vybraným dodavatelem, a to včetně jejích případných změn a dodatků a dále bere na vědomí, že objednatel je osobou povinnou ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „RS“) a příslušnou smlouvu o ní zveřejní v souladu s ustanovením § 5 i s tím, že na určité její části může být provedena anonymizace.
8. Po ukončení plnění dle uzavřené smlouvy s vybraným zhotovitelem je zadavatel povinen ve smyslu § 219 odst. 3 zákona zveřejnit na svém profilu zadavatele skutečně uhrazenou cenu za toto plnění.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
10. Smlouva se stává platnou a účinnou dnem podpisu smluvními stranami.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že vstupuje do sítě, která je z pohledu zákona 181/2014 Sb. kritickou informační infrastrukturou a bude dodržovat ustanovení uvedená v Příloze P2 - smlouvy.
12. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) výtiscích, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden (1) výtisk.
13. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:

Příloha 1 – Podrobné technické a další podmínky plnění díla

Příloha 2 – Doložka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 181/2014 sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů

za objednatele

za zhotovitele (funkce, jméno, titul)

V, dne:.....2017

V, dne:.....2017



Příloha 1 – Podrobné technické a další podmínky plnění díla

Část 2 Vybavení laboratoře tlaku

Přesný tlakový kalibrátor

Technická specifikace:

- tlakový kalibrátor pro kalibraci a kontrolu barometrů (absolutní tlak)
- možnost kalibrace více tlakoměrů současně
- rozsah normálních pracovních teplot - 10 °C až 40 °C
- rozhraní dálkové komunikace - RS232, USB, Ethernet
- podporované jazyky – Čeština a Angličtina
- sklon od vztahné roviny bez významného vlivu do $\pm 20^\circ$
- minimální rozsah přesného měření (50 až 1200) mbar abs.
- dlouhodobá stabilita: do $\pm 0,005$ % odečtu /rok.
- 5nejistota měření tlaku ($k=2$) do $\pm 0,009$ % odečtu v rozsahu měření (50 až 1200) mbar
- -pracovní médium čistý suchý korozi nezpůsobující vzduch
- regulace tlaku:
 - dynamický režim regulace – tlak je nepřetržitě regulován co nejblíže požadované hodnotě. Platná hodnota musí být uvnitř intervalu stability.
 - statický režim regulace – regulátor nastaví tlak v blízkosti požadované hodnoty v rámci intervalu stability a potom se regulace tlaku zastaví. Hodnota tlaku je platná, pokud leží v intervalu stability
- Interval stability: nastavitelné hodnoty kritéria stability uživatelem.
- Přesnost regulace do ± 1 ppm rozpětí aktivního snímače
- Typická doba pro nastavení platné hodnoty tlaku – (15 až 35) s
- CE konformita
- návod k obsluze v českém jazyce
- zaškolení obsluhy

SW vybava kalibrátoru:

- program splňující metrologické požadavky pro maximální automatizaci kalibrace a zkoušení tlakoměrů bez potřeby využití dalších vývojových kapacit
- možnost výsledky měření snadno importovat do aplikací vyšší úrovně.
- Využití SW na kalibraci tlaku a současné sdílení dat se systémem řízení kalibrací.
- možnost kalibrace více tlakoměrů současně.



Příloha 2 – Doložka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 181/2014 sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany berou na vědomí, že informační systém poskytovatele informací ČHMÚ (dále jen „ČHMÚ“) podléhá zákonu č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, v platném znění a s ním související vyhlášky, zejm. vyhláška č. 316/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, který je v předmětném smluvním vztahu jako Objednatel a na základě zákonných důvodů se stává osobou povinnou dle ustanovení § 3 odst. c), dále
2. Zhotovitel je povinen při užívání a čerpání jakýchkoliv informací, dat, podkladů, zejm. o cílech a smluvním vztahu k veřejné zakázce a jejího plnění, o informačních systémech, personálním zabezpečení, vnitřní struktuře organizace a o skutečnostech, které se vztahují k bezpečnostním a technickým opatřením, kdy se stává příjemcem a uživatelem těchto informací, jako chráněných informací, ve smyslu ustanovení § 1730 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dodržovat zákonné předpisy pro oblast kybernetické bezpečnosti, interní předpisy ČHMÚ a počínat si při svém jednání tak, aby nedocházelo k porušování bezpečnostních opatření, nebyla snižována a poškozována bezpečnostní image ČHMÚ a důvěryhodnost těchto zdrojů a nenastalo k neoprávněnému zásahu do sítí a informačních systémů ČHMÚ s následkem jejich poškození, dále
3. Zhotovitel bere na vědomí, že chráněné informace jsou součástí i obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejm. listinné a elektronické podklady, finanční přehledy a cenové mapy, zdroje a s poskytnutými zdroji je povinen nakládat tak, jako by byly označovány za důvěrné, dále není oprávněn je užívat i zprostředkovaně ke komerčním účelům, modifikovat a zcizovat. S užitím chráněných informací nepřechází ani na třetí osoby vlastnictví k autorským a průmyslovým právům, pokud není stanoveno jinak, dále
4. Zhotovitel bere na vědomí, že zákonem určený Úřad, je oprávněn vykonávat kontrolu a dohled nad dodržováním ustanovení v oblasti kybernetické bezpečnosti a smluvní strany jsou povinny být součinné v případě provádění státního dohledu a při provádění auditů procesů, dále
5. v případě porušení zákona v oblasti kybernetické bezpečnosti jednáním ze strany Zhotovitele, je Objednatel oprávněn požadovat finanční náhradu škody ve výši správního deliktu za každé porušení dle zákona o kybernetické bezpečnosti, který bude pravomocně udělen dle příslušného zákona daného Úřadu dle odst. 4 a byl způsobem zaviněně Zhotovitelem a to i v případě, že třetí osoby jednají v jeho zastoupení.