

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky: Automatizace MKS a MSS – třetí část (srážkoměry)

Zadavatel: ČHMÚ
Sídlo: Na Šabatce 17, Praha 4 – Komořany
IČ: 00020699
DIČ: CZ00020699
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: RNDr. Bohumil Techlovský

V Praze dne 22. 4. 2015

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 49 odst. 2, 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení na nadlimitní zakázku dle zákona.

1. Dotaz


V zadávací dokumentaci je uvedena u obou typů srážkoměrů záchytná plocha 500 cm² – dle doporučení WMO. WMO ale doporučuje i jiné velikosti záchytné plochy, kupř. 200 a 400 cm². Požadavek na plochu 500 cm² vylučuje z veřejné zakázky mnoho světových výrobců, a považujeme jej proto za diskriminující.
Je přípustné nabídnout i srážkoměry s plochou 400cm²?

Odpověď:

Zadavatel stanovil požadavek na záchytnou plochu nově poptávaných srážkoměrů specificky na 500 cm², a to vzhledem k tomu, že v aktuální síti stanic spravovaných odborem klimatologie ČHMÚ jsou instalovány a používány srážkoměry se záchytnou plochou 500 cm². Zadavatel požaduje velikost záchytné plochy 500 cm² zachovat i u nově instalovaných srážkoměrů, což je také ve shodě s doporučením WMO (odstavec 6.1 dokumentu WMO-No. 8. Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation, 7th ed. , 2008), který doporučuje používat v jedné síti srážkoměry stejných parametrů.
Tento požadavek tedy není diskriminací dodavatelů, ale zajišťuje cílovou kvalitu dat, danou (mimo jiné) i jednotností měřicí sítě zadavatele.

Srážkoměry s plochou 400 cm² proto zadavatel nepřipouští a trvá na požadavku srážkoměrů se záchytnou plochou 500 cm².

S pozdravem


RNDr. Bohumil Techlovský
pověřený zástupce náměstka ředitele